

南方医科大学政府采购进口产品申请表

一、基本情况			
申请单位	南方医科大学皮肤病医院		
所属采购项目名称	电子注射器	所属采购项目预算金额（单位：万元）	人民币 8.95 万元
进口产品名称	进口产品预算金额（单位：万元）		
电子注射器	人民币 8.95 万元		
二、主要用途			
配套注射器配合使用,用于面部真皮层定量注射,解决真皮层缺少水分问题,刺激胶原再生,增强皮肤弹力,改善皱纹			
三、适用情形（勾选其中 1 项）			
<input checked="" type="checkbox"/> 1. 中国境内有国产同类产品但无法满足实质需求,确需采购进口产品的;			
<input type="checkbox"/> 2. 中国境内无法获取的;			
<input type="checkbox"/> 3. 为在中国境外使用而进行采购的;			
<input type="checkbox"/> 4. 高校、科研院所采购进口科研仪器设备的;			
<input type="checkbox"/> 5. 使用社科项目资金采购进口科研仪器设备的;			
勾选上述第 1 项适用情形的,需填写下列内容:			
国产同类产品名称	市场价格（单位：万元）		
面部皮肤注射泵	9		
四、申请理由			
采购进口产品的必要性、不可替代性、经济性和效益性等方面的理由阐述:			
(1) 必要性说明（政策依据、工作任务等）: 因珠江新城医疗美容中心的业务发展,开展玻尿酸、prp 注射需要使用电子注射器。电子注射疗法临床疗效和满意度方面都能带来积极的影响。电子注射器配套专用第三类医疗器械一次性使用无菌注射针,使水光治疗更安全、合法。			
(2) 不可替代性说明（对开展工作的实质性影响等）:			
1、适应症: 电子注射器用于面部真皮层定量注射,解决真皮层缺少水分问题,刺激胶原再生,增强皮肤弹力,改善皱纹。			
2、疗效: 电子注射器可穿透皮肤直接给药,注射深度可调节,疗效好。			
3、安全性: 电子注射器可定量精准注射,配套专用一次性使用无菌注射用针三类医疗器械,使用安全有保障。			
4、治疗疼痛感: 配套专用一次性使用无菌注射用针为 32G 的 9 针针头,极细针头,穿透疼痛感低,治疗舒适高。			
5、术后反应: 皮肤穿透针孔极细,恢复快,不影响正常生活工作。			
6、穿透深度: 注射深度可调节,可根据面部不同部位皮肤情况调节注射深度,使治疗效果更佳及治疗安全性更高。			

(3) 国内同类产品与进口产品的主要差异性说明(第1种适用情形的,需说明):

- 1、进口电子注射器带有自动感应注射模式,操作方便快捷;国产面部皮肤注射泵不具备自动感应注射模式。
 - 2、进口电子注射器可根据单次注射剂量计算注射次数;国产面部皮肤注射泵需手动设置。
 - 3、进口电子注射器具有自动吸附皮肤功能,快速吸附皮肤进行注射,可提高注射速度及治疗效果;国产面部皮肤注射泵不具备自动吸附功能。
 - 4、进口电子注射器配套专用三类医疗器械一次性使用无菌注射针,可合法进行皮下注射;国产面部皮肤注射泵配套一类医疗器械显微针,该针头不能合法进行皮下注射。
 - 5、进口电子注射器配套针头可调节注射深度,可根据面部不同部位调整不同注射深度;国产面部皮肤注射泵配套针头为固定深度,如需调整注射深度需更换针头。更换针头会显著增加患者耗材成本及医生操作时间,影响患者的治疗体验。
- (4) 经济性和效益性说明(市场价格是否合理经济以及预期效益等):
有标准的收费编码,按目前科室门诊量预估。估计年收入在200万左右,预计3个月可回收成本。

注:1. 进口产品或者国产同类产品涉及多个的,逐一详细填写;

2. 进口产品隶属不同采购项目的,按采购项目分别填报